

اعلان توريد عروض لصالح كلية طب الاسنان في الجامعة الوطنية الخاصة

1- أجهزة تصوير شعاعي (ذروي) جداري عدد ١٣\ لزوم العيادات السنية

2- جهاز تحميص آلي عدد ٢\ لزوم العيادات السنية

3- جهاز تشذيب جبس (ترايمر) عدد ٢ لزوم مخبر الجبس وذلك وفق الشروط التالية:

المواصفات الفنية لجهاز ترايمر

لتشذيب التعويضات السنية المتحركة

- جهاز ترايمر بقرص تشذيب لا يقل عن / ١٠ /
- عدد دورات لا يقل عن ١٤٠٠ دورة بالدقيقة
- قاعدة المثال قابلة للحركة
- استطاعة المحرك لا تقل عن ٣٥٠ واط
- ضرورة العزل الكهربائي التام
- كفالة لمدة عام من تاريخ العمل الفعلي
- توزيع للماء منتظم على سطح القرص

المواصفات الفنية لجهاز أشعة ذروي ديجيتال

جهاز أشعة ذروي DC جداري (يثبت على الجدار)

- جهد أنبوب الأشعة لا يقل عن ٦٠ كيلو واط
- طول الذراع المتحرك لا يقل عن ١٨٠ سم
- البؤرة المحرقة ٠.٧ مم
- القمع اسطواني
- تغذية %١٠+٢٢٠ التردد ٥٠ - ٦٠ هرتز
- بمولد ترددات عالي
- إمكانية التحكم بزمن الأشعة
- امكانية معايرة الأذرع لضبط استقرار الرأس بشكل آمن
- كفالة لمدة عام من تاريخ التشغيل
- المصدر أوربي

المواصفات الفنية لجهاز تحميص الي ذروي

جهاز تحميص الي ذروي للأفلام الذروي

- مصنع من خلائط البلاستيك المقاوم للأحماض
- يتم التحكم بسرعة التحميص بمجال من ١ الى ٧ دقيقة
- يستوعب كل دقيقة فلم ذروي على الأقل
- صوت منخفض و هادئ للمحرك الكهربائي
- يتم تركيبه على الحائط أو على طاولة العمل
- له ثلاث حوجلات للماء و المظهر و المثبت
- تغذية ٢٢٠ فولط
- كفالة لمدة عام من تاريخ العمل الفعلي